



Hospital
SANTA IZABEL

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE	Allyson Gabriel Bortoli		
Setor:	Engenharia Clínica	Data da avaliação:	21/11/2018
Equipamento avaliado:	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO	Quantidade:	3

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

PARECER FINAL

EQUIPAMENTOS OFERTADOS: Marca **Leitsung**; Modelo: **Luft 3** e Marca: **Magnamed**; Modelo: **Fleximag**.


Análise Leitsung: O equipamento Luft 3 não atende integralmente ao solicitado no projeto, os itens são: Monitorização do volume minuto exalado e medição de PEEP (intrínseca (PEEPi) - autoPEEP, ou PEEP total, através de comando específico para esta função e/ou pausa manual com registro em tela; Gráficos Loop de pressão x volume.

Análise Magnamed: O equipamento Fleximag não atende integralmente ao solicitado no projeto, os itens são: Pressão de trabalho máxima é de 6,12 kgf/cm²; Não monitora concentração inspiratória de oxigênio com medição eletrônica, não indica acessibilidade ao técnico, apenas a sinalização automática quando o limite de uso venceu.

Valor Disponível **R\$ 150.000,00**

MODELOS DE EQUIPAMENTOS	FABRICANTE	FORNECEDOR
Luft 3	Leitsung	Leitsung
Fleximag	Magnamed	Magnamed

DADOS DO PEDIDO

Padronizado?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	ENGENHEIRO CLÍNICO Data: 21/11/2018 Assinatura e Carimbo  Hospital Santa Izabel
Nº da SC		
Data de abertura da SC		
Data de aprovação SC		
Data Aprovação Convênio		
Convênio	847080/2017	