



Hospital
SANTA IZABEL

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

A

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	002/2025	22	961294/2024	467.852,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
☐ SIM ☐ NÃO				23/12/2024

Item 1						
Fornecedor:	LINET	VALLITECH	STRYKER	SC MEDICAL	DESTAK	NB TECH
Fabricante:	LINET	VALLITECH	STRYKER	SC MEDICAL	MINAS IND.	NB TECH
Modelo:	ELEGANZA 1	VLT 900	T05 SV1	SC 100	MI 400	CONCEPT 1444
Prazo de Garantia	12 meses	12 meses	24 meses	12 meses	12 meses	12 meses
Assistência Técnica						
ANVISA	81298770007	80105670001	80005430429	81007980004	82540490009	81760590001
VALOR TOTAL	413.600,00	516.450,00	467.852,00	433.400,00	457.600,00	297.000,00
Continuação						
Fornecedor:	RTS	PROENÇA	WELCH ALLYN	HOSPIMETAL	ARJO	MEDI SAÚDE
Fabricante:	PARAMOUNT	MEDI-SAÚDE	HILL-ROM SAS	HOSPIMETAL	CARETECH	MEDI SAÚDE
Modelo:	CA-54380-2414A	MS-11 003 5F 2 TT	Hill-rom HR900	HM.2002 C	PRIOMA 600	MS 11.003
Prazo de Garantia	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses
Assistência Técnica						
ANVISA	80577560009	80881050010	80102511071	80172580001	81695960028	80881050010
VALOR TOTAL	349.800,00	461.582,00	462.000,00	338.800,00	523.820,00	285.780,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO EDITAL:

STRYKER – Modelo T05 SV1

- Registro ANVISA válido.
- Atende integralmente ao edital.

WELCH ALLYN – Modelo Hill-rom HR900

- Registro ANVISA válido.
- Atende integralmente ao edital.

EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÕES:

LINET – Modelo Eleganza 1

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão fornecido não é viscoelástico, o que compromete o conforto e a prevenção de úlceras por pressão, impactando o suporte adequado para pacientes de longa permanência.



AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

VALLITECH – Modelo VLT 900

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão não é viscoelástico.

SC MEDICAL – Modelo SC 100

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Ausência da quinta roda, que impacta a mobilidade no ambiente hospitalar.

DESTAK – Modelo MI 400

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão viscoelástico e quinta roda são opcionais, mas deveriam ser itens padrão para conformidade total.

NB TECH – Modelo CONCEPT 1444

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: O colchão fornecido é D40 de poliuretano e viscoelástico, o que não atender completamente às exigências do edital.

RTS – Modelo CA-54380-2414A

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Capacidade de carga inferior a 250 kg, o que compromete a segurança e o suporte para pacientes com diferentes necessidades.

PROENÇA – Modelo MS-11 003 5F 2 TT

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão não é viscoelástico. Ausência da quinta roda.

HOSPIMETAL – Modelo HM.2002 C

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão fornecido é D28, abaixo da densidade mínima recomendada para pacientes hospitalizados de longa permanência.

ARJO – Modelo PRIOMA 600

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Colchão fornecido não é viscoelástico. Ausência da quinta roda.

MEDI SAÚDE – Modelo MS 11.003

- Registro ANVISA válido.
- Não atende totalmente: Capacidade de carga inferior a 250 kg, o que compromete a segurança e o suporte para pacientes com diferentes necessidades.

OBSERVAÇÃO: Sugerimos a aquisição dos equipamentos da **WELCH ALLYN – Modelo Hill-rom HR900** por apresentar valores inferiores atendendo o edital.

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
06/03/2025	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	 Fabrício L. F. Tourinho Gerente de Engenharia Clínica CREA-BA 79626 Santa Casa da Bahia